

顺乌头酸酶(ACO)活性检测试剂盒

分光光度法 50 管/48 样

注 意: 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

顺乌头酸酶 (aconitase)，三羧酸循环中的酶，催化柠檬酸转变为异柠檬酸。柠檬酸本身不易氧化，在顺乌头酸酶作用下，通过脱水与加水反应，使羟基由 β 碳原子转移到 α 碳原子上，生成易于脱氢氧化的异柠檬酸，为进一步的氧化脱羧反应作准备。

测定原理:

ACO 催化柠檬酸转化成异柠檬酸，异柠檬酸氧化脱羧将 NAD^+ 还原生成 NADH ，导致 340nm 处光吸收上升。

需自备的仪器和用品:

紫外分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1mL 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

试剂的组成和配制:

试剂一：50mL×1 瓶，-20°C 保存；

试剂二：10mL×1 瓶，-20°C 保存；

试剂三：1mL×1 支，-20°C 保存；

试剂四：液体 60mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂五：液体 5mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂六：粉剂×1 支，-20°C 保存；临用前加 3mL 蒸馏水充分溶解；现配现用

试剂七：粉剂×1 支，4° 保存；临用前加 36mL 试剂四充分溶解；

工作液：临用前在 36mL 试剂七中加入 3mL 蒸馏水、3mL 试剂四、3mL 试剂五、3mL 试剂六充分混匀

样本的前处理:

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离:

- 1、称取约 0.1g 组织或收集 500 万细胞，加入 1mL 试剂一和 10uL 试剂三，用冰浴匀浆器或研钵匀浆。
- 2、将匀浆转入离心管内 600g, 4℃离心 5min。
- 3、弃沉淀，将上清液移至另一离心管中，11000g, 4℃离心 10min。
- 4、上清液即胞浆提取物，可用于测定胞质顺乌头酸酶活性。
- 5、在步骤④的沉淀中加入 200uL 试剂二和 2uL 试剂三，超声波破碎（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3 秒，间隔 10 秒，重复 30 次），用于线粒体顺乌头酸酶活性测定。

测定步骤

1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。

2、样本测定

(1) 将工作液，置于 37℃（哺乳动物）或 25℃（其它物种）水浴 10min；现配现用；若分次用将工作液分装后于-20° 保存，一星期内可用。

(2) 在 1mL 石英比色皿中加入 100 μ L 样本 900 μ L 工作液，混匀，立即记录 340nm 处 20s 时的吸光值 A1 和 3min20s 后的吸光值 A2，计算 $\Delta A = A2 - A1$ 。

ACO 活性计算

用石英比色皿测定的计算公式如下

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟生成 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活性单位。

ACO 活性 (nmol/min/mg prot) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样}})$ $\div T = 536 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义：每 g 组织每分钟生成 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活性单位。

ACO (nmol/min/g 鲜重) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 108 \times \Delta A \div W$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟生成 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活性单位。 ACO 活性 (nmol/min/104 cell) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 0.722 \times \Delta A$

V_{反总}: 反应体系总体积, 0.001 L; ε: NADH 摩尔消光系数, 6.22 × 103 L / mol / cm; d: 比色皿光径, 1cm; V_样: 加入样本体积, 0.1 mL; V_{样总}: 加入提取液体积, 0.202 mL; T: 反应时间, 3min; C_{pr}: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。