

氨含量测定试剂盒

微板法 96 样

产品简介

氨可由微生物蛋白质分解代谢产生，此外肝脏疾病也会影响氨水平。

本试剂盒利用氨在强碱的环境下与次氯酸盐和苯酚作用，生成水溶性染料靛酚蓝，溶液颜色稳定。其在 630nm 处有特征吸收峰，吸光值与氨含量成正比。

所需的仪器和用品

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏。