



# Caspase-4 活性检测试剂盒

中文名称：[Caspase-4 活性检测试剂盒](#)

英文名称：Caspase-4Activity Assay Kit

储存条件：6 个月

产品包装：盒装

检测方法：比色法

有效期：-20°C

产品规格：20T、50T、100T

产品组成：

试剂名称/规格	20T	50T	100T	保存条件
试剂一	液体 20mL×1 瓶	液体 20 mL×1 瓶	液体 25 mL×1 瓶	-20°C保存
试剂二	液体 30 mL×1 瓶	液体 60 mL×1 瓶	液体 120mL×1 瓶	-20°C保存
试剂三	液体 0.25L×1 支	液体 0.55mL×1 支	液体 0.55mL×2 支	-20°C保存
标准品	液体 1mL×1 支	液体 1 mL×1 支	液体 1 mL×1 支	-20°C保存

溶液的配制：

- 1、试剂一：分装-20°C保存。
- 2、试剂二：分装-20°C保存。
- 3、标准液：pNA 标准溶液，5mmol/L。标准溶液在 4°C条件下为浑浊状态，溶解即可变为澄清状态，不影响使用。
- 4、标准品稀释液配制：取 9 mL 试剂一加入 1mL 试剂二，充分混匀待用。（也可按照试



剂一: 试剂二=9:1 的比例, 自行配制) 。

### 产品说明:

Caspase 是参与细胞凋亡过程的蛋白酶家族, 包含 10 多个成员。Caspase-4 可以和 Apaf-1 相互作用, 并参与细胞色素 c 导致的 Caspase-3 激活也可以和 caspase-14 相互作用。试剂盒测定原理基于 Caspase-4 特异水解其多肽底物 Ac-LEVD-pNA, 释放出游离的硝基苯胺 pNA, 后者呈黄色在 405 nm 具有大吸收峰, 采用可见光光度比色法测定。

**注意:** 实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者 增加样本量进行检测。

### 需自备的仪器和用品:

可见分光光度计/酶标仪、100 $\mu$ L 玻璃比色皿/96 孔板、台式离心机、水浴锅/恒温培养箱、可调式移液器、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

### 一、样本处理 (可适当调整待测样本量)

1、培养细胞: 先收集细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细胞数量 (约  $10^6$ 个) 加 100  $\mu$ L 试剂二 (若裂解不充分可提高至 150-200 $\mu$ L), 震荡重悬沉淀, 置冰上静置 15 min, 4 $^{\circ}$ C, 15000g 离心 10- 15min, 取上清置冰上待测。

2、组织: 按照组织质量 (g): 试剂二体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1 g 组织, 加入 1 mL 试剂二), 冰浴研磨或充分剪碎, 置冰上静置 15 min, 4 $^{\circ}$ C, 15000g 离心 10- 15min, 取上清置冰上待测。

### 二、测定步骤

1、可见分光光度计/酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 405nm, 蒸馏水调零。

2、临用前用标准品稀释液将 5mmol/L pNA 标准品稀释至 200、100、50、25、12.5、0 $\mu$ mol/L 的标准溶液待用。



### 3、样本测定 (在 96 孔板/EP 管中按顺序加入以下试剂)

试剂名称(μL)	测定管	空白管	标准管
试剂一	40	40	
样本	50		
试剂二		50	
试剂三	10	10	
标准溶液			100
混匀，盖紧 96 孔板盖子并用封口膜密封。37°C 孵育 60-120 分钟。发现颜色变化比较明显时即可测定 405nm 处吸光值。如果颜色变化不明显，可以适当延长孵育时间，甚至可以孵育过夜。空白管只需做 1-2 次。计算 $\Delta A_{测定} = A_{测定管} - A_{空白管}$ 。			立即测定 405nm 下吸光度

### 三、Caspase-4 活性计算

#### 1. 标准曲线的建立:

根据标准管的浓度 ( $x$ ,  $\mu\text{mol/L}$ ) 和  $\Delta A$  标准 ( $y$ , 减去浓度为 0 的空白管) 做标准方程。

将  $\Delta A$  测定代入标准方程得到  $x(\mu\text{mol/L})$ 。

#### 2. 按酶活性增加百分比计算

Caspase-4 活性增加百分比 = (实验处理组  $A_{测定} - A_{空白管}$ ) / (实验对照组  $A_{测定} - A_{空白管}$ )  $\times 100\%$  该方法简单可靠，可粗略反应酶活性情况。

#### 3. 按酶活计算

参考 Chemicon 公司的 caspase 酶活力单位的定义: One unit is the amount of enzyme that will cleave 1.0 nmol of the colorimetric pNA-substrate per hour at 37°C under saturated substrate concentrations. 即一个酶活力单位定义为当底物饱和时，在 37°C 一个小时内可以剪切 1nmol pNA 底物产生 1nmol 游离 pNA 的酶量。这样就可以计算出样本中含有多少个酶活力单位的 caspase 酶活性。

Caspase-4 活性 (U/mgprot) =  $x \times V_{反总} \div (V_{样} \times C_{pr}) \div T \times 10^3 = 2x \div C_{pr} \div T$



V 反总: 反应体系总体积,  $0.1\text{mL}=10^{-4}\text{L}$ ; V 样: 加入的样本体积,  $0.05\text{mL}$ ; T: 反应时间, h; Cpr: 样本蛋白质浓度,  $\text{mg/mL}$ ;  $10^3$ : 单位换算系数,  $1\mu\text{mol}=10^3\text{nmol}$ 。注

**注意事项:**

- 1、由于试剂二中含有还原剂 (DTT), 建议将样本用水稀释 2 倍后, 用 Bradford 法测定蛋白浓度, 以降低 DTT 对蛋白浓度测定的干扰。不建议使用 BCA 法测定蛋白浓度。
- 2、Caspase 活性测定值低常见的原因是细胞未发生凋亡或细胞量太少, 其次是观测时间不恰当。诱导凋亡时, 并非剂量越大时间越长 Caspase 活性就越高。建议设置不同剂量和时间点如 0、2、4、8、16、24 小时, 以检测佳的观察点。
- 3、所测样本的值高于标准曲线上限时, 可用试剂二稀释样本后重新测定。
- 4、盖紧 96 孔板盖子并用封口膜密封。37°C 孵育, 肉眼可见颜色变黄时的 OD405 值约为 0.2, 此时即可测定。颜色变化不明显可延长反应或过夜, 但酶活性较强时, 孵育时间过长将导致反应失去线性关系。